



Labor Diagnostik Systeme GmbH

**Am Obstgarten 10
D-39326 Wolmirstedt / Germany**

CL-50 Plus – ist ein portables Urinanalysegerät. Dieses Gerät ist ein kompaktes und für niedergelassene Ärzte kosteneffektives System, das durch seine Genauigkeit und Zuverlässigkeit besticht.

Das Gerät kann folgende Parameter bestimmen: ph, Nitrit, Protein, Spez. Gewicht / Dichte, Blut, Glukose, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leukozyten, Kalzium, Kreatinin, Mikroalbumin

Durch die Verwendung der Zweifach-Wellenlängen-Reflexionsphotometrie verfügt das Gerät über 2 Test Modi: Standardmodus und kontinuierlicher Modus

Das Gerät verwendet eine Kaltlichtquelle mit langer Lebensdauer und hoher Stabilität

Automatischer Selbstcheck beim Einschalten des Gerätes.

Interne Kalibration für die Empfindlichkeit der Teststreifen.

Anschlüsse für externe Drucker und PC.

Barcode-Scanner optional.



Bankverbindung

Commerzbank AG
Regionalfiliale München
Kontonummer: 21 21 43 200
Bankleitzahl: 700 400 41
IBAN: DE04 7004 0041 0212 1432 00
SWIFT: COBADEFF700

Geschäftsführer

Uwe Schipke

USt -IdNr.: DE272921521

HRB: 19210 Amtsgericht Stendal

Kontakt

Tel.: +49 (0) 39201 70 20 55

Fax: +49 (0) 39201 70 96 99

Email: info@labdiasys.de

www.labdiasys.de



Technische Daten:

Probendurchsatz:	Standardmodus – 60 Proben pro Stunde Kontinuierlicher Modus – 120 Proben pro Stunde
Parameter:	ph, Nitrit, Protein, Spez. Gewicht / Dichte, Blut, Glukose, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leukozyten, Kalzium, Kreatinin, Mikroalbumin
Meßprinzip:	Zweifach-Wellenlänge-Reflexionsphotometrie
Speicher:	1000 Messungen
Teststreifen:	H10 (10 Parameter) und H13 (13 Parameter)
Display:	LCD-screen für Bedienerinformationen und Messergebnisse
Drucker:	eingebauter Thermodrucker (ausschaltbar)
Kontrollen:	Selbstcheck, Kalibration-Teststreifen
Anschlüsse:	RS-232, PS/2
Stromversorgung:	AC 110-240V, 60/50Hz
Abmessungen:	290 x 200 x 100 mm
Gewicht:	2,0 kg

Bankverbindung

Commerzbank AG
Regionalfiliale München
Kontonummer: 21 21 43 200
Bankleitzahl: 700 400 41
IBAN: DE04 7004 0041 0212 1432 00
SWIFT: COBADEFF700

Geschäftsführer

Uwe Schipke

USt –IdNr.: DE272921521

HRB: 19210 Amtsgericht Stendal

Kontakt

Tel.: +49 (0) 39201 70 20 55
Fax: +49 (0) 39201 70 96 99
Email: info@labdiasys.de
www.labdiasys.de